



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO
Secretaria Municipal de Saúde
Coordenadoria de Compras

TERMO DE REFERÊNCIA

1 – OBJETO

1.1 Aquisição de filtros e circuitos para atendimento aos pacientes do Pronto Socorro Municipal de acordo com as especificações técnicas mínimas e demais disposições deste anexo.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS

ITEM	QDT.	DESCRIÇÃO
01	120	Filtro Bacteriano HME para Ventilação Mecânica - Conector (polipropileno) / Port (plocarbonato) / Material filtrante para HME / Papel HME / Filtro Algodão Eletrostático. - 01 Tubo de ligação conector AS (copolímero acrilonitrila – estireno) / Tubo EVA (etileno Vinil Acetato) + polipropileno / tampa (polipropileno) - Espaço morto: 30ml.
02	50	Filtro Bacteriano HEPA para Ventilação Mecânica - Revestimento do Filtro/Carcaça: Resina Plástica (Polipropileno). Membrana Filtrante (HEPA): Papel de Fibra de Vidro Hidrofóbico e Aglutinante Orgânico. - Espaço morto: 135 ml - Eficiência de filtração bacteriana: 99,99999% - Eficiência de filtração viral: 99,99999% - Resistência: 5.8pa @ 30LPM - Conectores: 22M/15F (entrada) 22F (saída) - Diâmetro Máximo: 78,6 mm
03	100	Frascos descartável para aspiração Material de polipropileno, frasco de 1000 ml, certificado RDC 16/2013. ANVISA
04	30	Umidificadores 2. Pressão de Trabalho: Pressão da Rede. 3. Fluxo máximo: Determinado no fluxômetro. 4. Capacidade do Copo: 250 ml. 5. Peso do Produto: 0,225 Kg. Dimensão do Produto (A x L x P): 205mm x 107mm x 110mm.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO
Secretaria Municipal de Saúde
Coordenadoria de Compras

05	26	Circuito Ventilatório Universal Circuito universal para ventiladores mecânicos, compatível com ventiladores das principais marcas do mercado. Disponibilidade com traqueias de PVC e conectores de polietireno (não autoclavável) ou com traqueias de silicone e conectores de policarbonato (autoclavável). Características: - 01 tubo proximal de PVC ou silicone; - 04 traqueias 60 cm de PVC ou silicone; - 01 traqueia 45 cm de PVC ou silicone; - 02 drenos de poliestireno ou policarbonato; - 01 conector "Y" de poliestireno ou policarbonato; - 01 adaptador para tubo proximal; - 01 conector de 3mm ext. x 4,5 cônico ext.
06	5	Kit de linhas Kit de linhas com 5 saídas, 40 cm.
07	25	Sensor para Fluxo Expiratório Adulto Material polipropileno autoclavável

OBSERVAÇÕES: Os valores dos produtos deverão ser cotados por itens, todas as despesas com frete, carga e descarga e transportes ocorreram por conta da contratada, bem como todos os impostos e taxas incidentes.

2 – JUSTIFICATIVA

A aquisição dos itens se faz necessário para a utilização nos procedimentos para terapia respiratória nos pacientes acometidos pelo COVID-19 no Pronto Socorro Municipal.

3 – ENTREGA

3.1 Prazo de Entrega: imediata

3.1.2 O (s) produto (s) deverá (ão) ser acondicionado (s) de acordo com a praxe do fabricante, garantindo sua integridade durante o transporte, armazenamento até o uso.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO
Secretaria Municipal de Saúde
Coordenadoria de Compras

4 – OBSERVAÇÕES GERAIS

4.1 Informa-se que não há exigências abusivas, nem qualquer referência para um marca ou modelo, bem como características que direcionem para determinado fabricante/ empresa ou que restrinjam a ampla participação de licitantes.

Valquíria Helena dos Santos Gonçalves
Coordenadoria de Compras
Secretaria de Saúde