



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO
Secretaria Municipal de Saúde
Coordenadoria de Compras

TERMO DE REFERÊNCIA

1 – OBJETO

1.1 Aquisição de insumos para a utilização nos procedimentos para terapia respiratória nos pacientes acometidos pela COVID-19 no Pronto Socorro Municipal, de acordo com as especificações técnicas mínimas e demais disposições deste anexo.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS

Item	Qtd.	Apres.	DESCRIÇÃO
01	10	Unidade	Fio guia para procedimento de intubação – Adulto – 6.0 a 10.0mm
02	30	Unidade	Máscara de alta concentração com reservatório para oxigenioterapia
03	20	Unidade	Circuito universal para ventiladores mecânicos, compatível com ventiladores das principais marcas do mercado. Disponibilidade com traqueias de PVC e conectores de polietileno (não autoclavável) ou com traqueias de silicone e conectores de policarbonato (autoclavável). Características: - 01 tubo proximal de PVC ou silicone; - 04 traqueias 60 cm de PVC ou silicone; - 01 traqueia 45 cm de PVC ou silicone; - 02 drenos de poliestireno ou policarbonato; - 01 conector “Y” de poliestireno ou policarbonato; - 01 adaptador para tubo proximal; - 01 conector de 3mm ext. x 4,5 cônico ext.
04	100	Unidade	Filtro Bacteriano HEPA para Ventilação Mecânica -Revestimento do Filtro/Carça: Resina Plástica (Polipropileno). Membrana Filtrante (HEPA): Papel de Fibra de Vidro Hidrofóbico e Aglutinante Orgânico. - Espaço morto: 135 ml - Eficiência de filtração bacteriana: 99,99999% - Eficiência de filtração viral: 99,99999% - Resistência: 5.8pa @ 30LPM - Conectores: 22M/15F (entrada) 22F (saída) - Diâmetro Máximo: 78,6 mm - Peso: 55g.

2 – JUSTIFICATIVA

A aquisição dos itens se faz necessário para procedimento de terapia respiratória para os acometidos pela COVID-19 no Pronto Socorro Municipal.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO
Secretaria Municipal de Saúde
Coordenadoria de Compras

3 – ENTREGA

3.1 Prazo de Entrega: Prazo de Entrega: **IMEDIATA** a contar da data do recebimento da Autorização de Fornecimento – AF. Os prazos deverão ser rigorosamente respeitados.

3.1.1. Os produtos deverão ser acondicionados de acordo com a praxe do fabricante, garantindo sua integridade durante o transporte, armazenamento até o uso. Rotulados conforme legislação em vigor.

3.2 Local de entrega: Almoxarifado da Saúde – Avenida Manoel Casanova, 120 - Parque Santa Rosa, Suzano/SP.

4 – OBSERVAÇÕES GERAIS

4.1 Informa-se que não há exigências abusivas, as referências para a marca e modelo, bem como características são exigências do fabricante da impressora, para melhor desempenho da mesma.

Valquíria Helena dos Santos Gonçalves
Coordenadoria de Compras/SMS